

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
mời Công ty.....

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên -Phòng Quản lý chất lượng nước (sau đây gọi tắt là “Phòng Quản lý chất lượng nước”) đang có nhu cầu lấy báo giá để phục vụ công tác “ Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thử nghiệm”. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề nghị Quý Công ty gửi báo giá với các nội dung báo giá (theo phụ lục đính kèm)

1. Hồ sơ báo giá và các hồ sơ kèm theo (gồm số lượng 01 bản có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).
 - a) Nơi gửi: (Ghi tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email).
 - b) Nơi nhận: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Phòng Quản lý chất lượng nước.

2. Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thời gian gửi hồ sơ báo giá dự toán (kèm thư giảm giá và các văn bản điều chỉnh, bổ sung nếu có) cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV chậm nhất là 15 giờ 30, ngày 15/5/2025.

Ông Trần Kim Thạch - Giám đốc Quản lý chất lượng nước
- Điện thoại: 0909254760

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Bùi Thanh Giang**

PHỤ LỤC 1

Đính kèm thư mời số /TM-TCT-QLCLN, ngày tháng năm 2025

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá số /GM-TCT-QLCLN ngày / /2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Phòng Quản lý chất lượng nước, Công Tytrân trọng báo giá **phí Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thử nghiệm** như sau:

1/. Bảng báo giá

TT	TÊN THIẾT BỊ	NHÀ SẢN XUẤT/MODEL	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)	THÀNH TIỀN (ĐỒNG)	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	Máy đo pH	Thermo Star A211,	01			(0-14)pH; 01 đầu dò
2	Máy đo pH	Toledo S220-K	02			(0-14)pH; 01 đầu dò
3	Máy đo độ đục	Hach 2100N	04			(0-4000)NTU
4	Máy UV-VIS	Hach DR6000	02			Bước sóng (240-880)nm Độ hấp thu (0-1)AU
5	Cân phân tích	Sartorius Quintix 224-1S,	01			220g/0.1mg
6	Cân kỹ thuật	Sartorius Quintix 2102-IS,	01			2100g/ 0.01g

7	Nhiệt kế thủy tinh	G15100	02			Hiệu chuẩn (-50 → 50)°C (max-min)
8	Nhiệt ẩm kế điện tử	Đức- Amarell E915022	08			(20-95%RH) có hiện thị nhiệt độ
9	Tủ bảo quản mẫu	Esco-Singapore HR1-700T-8	01			Hiệu chuẩn 4°C Thể tích 620lit
10	Tủ bảo quản mẫu	Esco-Singapore HR1-1500T-8	01			Hiệu chuẩn 4°C Thể tích 1355lit
11	Tủ ủ	Jouan EB 280	01			Hiệu chuẩn (37, 44)°C Thể tích <1m ³
12	Tủ ủ BOD	Aqualytic ET 618-4	01			Hiệu chuẩn 20°C Thể tích <1m ³
13	Tủ lạnh âm sâu	Arcttiko ULUF60	01			Hiệu chuẩn tại -20°C Thể tích <1m ³
14	Bộ phá mẫu COD	Hach-USA DRB200	01			(hai khối) loại 15 lỗ Hiệu chuẩn tại 120°C, 150°C
15	Bể điều nhiệt	Memmert WNB14	01			Hiệu chuẩn 95°C
16	Bể điều nhiệt	W350	01			Hiệu chuẩn 95°C
17	Nồi hấp	Hirayama HVA85	01			Hiệu chuẩn 121°C Thể tích <1m ³
18	Nồi hấp	Hirayama HVA 110	01			Hiệu chuẩn 121°C Thể tích <1m ³
19	Bộ kính lọc	LZV 537	01			- 01 kính lọc kiểm tra ánh sáng tại 340nm - 03 kính lọc kiểm tra độ hấp thu tại 546nm - 02 kính lọc kiểm tra độ đúng bước sóng 360,1 nm và 807nm
20	Tủ ủ vi sinh	Incucell V55	01			Hiệu chuẩn 37°C, 44°C Thể tích <1m ³
21	Pipet piston 1ml	Brand	03			
22	Pipet piston 5ml	Brand	03			

23	Pipet piston 10ml	Brand	04			
24	Máy đo pH cầm tay	Mettler toledo Five go F2	01			
25	Máy đo độ đục cầm tay	Hach 2100Q	01			
26	Máy đo clor dư cầm tay	Hach DR300	01			
27	Buret 25 ml	brand (màu trắng)	01			vạch chia 0.05 ml
28	Máy quang phổ	Hach DR3900	01			Bước sóng(240-880)nm Độ hấp thu 0-1,3Abs
29	Cân phân tích	KERN EW3000-2M	01			Phạm vi đo: 0.5g - 3000g e = 0.1g, d= 0.01g
30	Cân Kỹ thuật	AND ER-180A	01			Max:180g
31	Cân phân tích	Sartorius TE214S	01			220g/0,1mg
32	Máy quang phổ	DR 900	01			Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ truyền qua tại bước sóng (420, 520, 560,610)nm
33	Máy quang phổ	Hach DR 890	01			Hiệu chuẩn độ hấp thu, độ truyền qua tại bước sóng (420, 520, 560,610)nm
34	Bộ quả cân chuẩn		01			gồm 10 quả cân Ccx E2 như sau: 1g,2g (02), 5g,10g,20g(02),50g,100g,200g
35	Quả cân chuẩn 20g		01			Hiệu chuẩn quả cân Ccx E2
36	Quả cân chuẩn 200g		01			Hiệu chuẩn quả cân Ccx E2
37	Pipet piston 200µl	Brand	02			
38	Pipet piston 100µl	Brand	01			
39	Buret 25ml	Brand	01			vạch chia 0.05ml

		(màu nâu)				
40	Pipet thủy tinh 10 ml	Brand	02			Hiệu chuẩn 1 mức
41	Pipet thủy tinh 5 ml	Brand	01			Hiệu chuẩn 1 mức
42	Pipet thủy tinh 2 ml	Brand	01			Hiệu chuẩn 1 mức
43	Pipet thủy tinh 1 ml	Brand	01			Hiệu chuẩn 1 mức
44	Máy đo nhiệt độ cầm tay	Sper scientific 80004 type K/J Thermometer	01			Hiệu chuẩn 37°C, 44°C, 120°C, 150°C
45	Máy đo pH cầm tay	Mettler toledo Five go F2	01			
46	Máy đo độ đục cầm tay	Hach 2100Q	01			
47	Máy đo clor dư cầm tay	Hach DR300	01			
48	Máy quang phổ	Hach DR900	01			
49	Buret tự động điện tử	DLAB dTrite	02			
50	Chi phí hiệu chỉnh 01 micro pipette					
51	Phụ phí thực hiện tại hiện trường (chi phí đi- về)					
	THUẾ VAT					
	TỔNG CỘNG					

a) Số tiền bằng chữ:

b) Giá chào bao gồm tất cả các loại thuế và chi phí dự phòng (nếu có)

c) Hiệu lực báo giá: **Tối thiểu 120 ngày**

d) Địa điểm thực hiện :

- Phòng Quản lý Chất lượng nước: 2A1 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Phòng Quản lý Chất lượng nước: Số 65 đường Dương Công Khi, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn

2/ Điều kiện nghiệm thu, thanh toán

- a) Thực hiện hiệu chuẩn , kiểm định thiết bị chia làm 2 đợt trong năm (dự kiến tháng 6 và tháng 12).
- b) Thanh toán 2 đợt tùy theo số lượng công việc thực tế mỗi đợt (sau ký Biên bản nghiệm thu và bên nhận được hóa đơn tài chính)

3. Các cam kết khác

- a) Báo giá bằng đồng tiền Việt Nam đồng (nếu báo giá bằng ngoại tệ sẽ không được xem xét giá chào).
- b) Giấy chứng nhận năng lực hiệu chuẩn , kiểm định

ĐẠI DIỆN CÔNG TY BÁO GIÁ

(Ký tên đóng dấu)